

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Set de pruebas simultáneas III

para vapores orgánicos

Referencia 81 01 770

Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color:

Tubos Dräger en Set de pruebas simultáneas III	1. Marca de escala ppm	2. Marca de escala ppm
1. Cetonas amarillo pálido → amarillo oscuro	500	2 500
2. Componentes aromáticos blanco → marrón	50	250
3. Alcoholes naranja → verde marrón	200	1 000
4. Hidrocarburos alifáticos blanco → marrón	50	100
5. Hidrocarburos clorados blanco amarillento → gris azul	20	100
		Acetona
		Tolueno
		Metanol
		n-Hexano
		Percloroetileno
Número de emboladas (n):	10	
Tiempo de medición:	aprox. 40 s	

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 10 a 30 °C
 Humedad absoluta: 5 a 15 mg H₂O / L

Los rangos dados para la temperatura y la humedad se aplican a las calibraciones con las sustancias originales. También se pueden realizar mediciones semicuantitativas fuera de este rango.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la medición semicuantitativa de vapores orgánicos. Se utiliza para evaluar y limitar los riesgos a través de la información que se obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles peligros de intoxicación en zonas de incendios.

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.



D-28067-1017



D-28067-1017