

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Tioéter

Referencia CH 25 803

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	1 mg/m ³ es la concentración mínima detectable en forma de anillo.
Número de emboladas (n):	8
Tiempo de medición:	aprox. 1,5 min
Desviación estándar:	±50 %
Cambio de color:	amarillo → naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad absoluta:	< 50 mg H ₂ O / L

Principio de reacción

$R'S-R + AuCl_3 + \text{Cloramina} \rightarrow \text{producto de reacción naranja}$

Sensibilidad cruzada

Se indican varios tioéteres, pero no es posible distinguirlos.

Información adicional

Después de realizar las 8 emboladas requeridas, se debe romper la ampolla con el reactivo y transferir el líquido completamente a la capa indicadora.

